

DATENBLATT

DERMAGRIP-D

Dental & Diagnostic Procedures Gloves

Puderfreier Latex Untersuchungshandschuh, unsteril

Bestellnummer/Größe		5½ : D3155-44	7½ : D3155-44
		6 : D3155-44	8 : D3155-44
		6½ : D3155-44	8½ : D3155-44
		7 : D3155-44	9 : D3155-44
Design und Merkmale		Handspezifisch, gerade Finger, strukturierte Oberfläche and der Handinnenfläche und den Fingern und Rollrand	
Typ		Puderfreier und unsteriler Untersuchungshandschuh	
Material		Naturkautschuklatex	
Farbe		Naturweiß bis Gelb	
Oberflächenbehandlung		Chlorinierung	
Proteingehalt (µg/g)		≤ 50	
Puderrückstände (mg/Handschuh)		≤ 2 (puderfrei)	
Abmessungen – Breite der Handinnenfläche (mm)		5½ : 72 ± 4	7½ : 95 ± 5
		6 : 77 ± 5	8 : 102 ± 6
		6½ : 83 ± 5	8½ : 108 ± 6
		7 : 89 ± 5	9 : 114 ± 6
Abmessungen - Länge (mm)		5½ : min. 278	7½ : min. 287
		6 : min. 280	8 : min. 288
		6½ : min. 280	8½ : min. 290
		7 : min. 283	9 : min. 290
Einfache Wandstärke (mm)	Finger	<u>Spezifikation</u> <u>Typischer Durchschnittswert</u>	
	Handinnenfläche	0.28 ± 0.02	0.28
	Manschette	0.24 ± 0.02	0.24
		0.19 ± 0.02	0.18
Physikalische Eigenschaften	Zugfestigkeit (MPa)	Vor Alterung : min. 24 Nach Alterung : min. 18	
	Dehnbarkeit (%)	: min. 750 : min. 560	
	Reißkraft (N)	: min. 12 : min. 9	
	Typische Reißkraft (N)	: 22.5 : 20.0	
Verpackung		25 linke und 25 rechte Handschuhe pro Dispenser 6 Dispenser pro Versandkarton	
Handschuhmarkierung		Die Manschette jedes Handschuhs ist mit der Aufschrift "DERMAGRIP-D", sowie der Angabe der entsprechenden Hand (L/R) und Größe versehen.	
Lotnummer		Struktur der Lotnummern: YMMPPPPSS Y = Verpackungsjahr P = Interne Referenznummer MM = Verpackungsmonat SS = Größe	
Mindesthaltbarkeit		3 Jahre ab Produktionsdatum	
Qualitätsinspektion vor Verschiffung	Abmessungen Physikalische Eigenschaften 1000ml Wasserhaltetest Proteingehalt Puderrückstand	N=13 (EN 455-2) N=13 (EN 455-2) G-I, AQL 1.5 (EN 455-1) N=8 (EN 455-3) N=3 Paare (EN 455-3)	
Konformität des Produkts		<ul style="list-style-type: none"> Medizinprodukt gemäß der Europäischen Verordnung (EU) 2017/745 (CE Klasse I): EN 455 Teile 1, 2, 3 & 4 Persönliche Schutzausrüstung gemäß der Europäischen Verordnung (EU) 2016/425 (Kategorie III, getestet nach EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-1:2016 Typ B, EN ISO 374-5:2016), CE 2797 ASTM D3578 	
Qualitätssicherung		<ul style="list-style-type: none"> BS EN ISO 9001 BS EN ISO 13485 Qualitätssysteme US FDA Quality System Regulation (QSR) 	

Die angegebenen Informationen dienen als Richtlinien der typischen Werte und Produkteigenschaften und sind nicht als tatsächliche Produkt-spezifikationen zu verstehen.